

JRP/ZP-252-6-7/17

Opole, 27.11.2017 r.

WSZYSCY WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ
W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „ Zakup mineralizatora, wytrząsarki, wirówki laboratoryjnej oraz młynka kulowego”

Działając w oparciu o pkt 4.6.4. *Zasad udzielania zamówień sektorowych* podprogowych będących załącznikiem do *Regulaminu Udzielania Zamówień w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.* Zamawiający, udziela odpowiedzi na następujące pytanie, które wpłynęło od Wykonawcy.

Pytanie nr 1: W opisie wirówki znajduje się wymagany wirnik kątowy 4x100ml z kompletem pojemników bez wyszczególnionych parametrów jak obroty i przyspieszenie dla tego wirnika. Dlatego też zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuści wirówkę laboratoryjną osiągającą 18000 RPM spełniającą wszystkie pozostałe parametry techniczne wraz z takim wirnikiem?


Odpowiedź: Zamawiający nie określa kryterium parametru prędkości obrotowej dla wirówki laboratoryjnej.

Wykonawca, przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie, powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia, jako stanowiące integralną część SIWZ. Stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej.

Pozostałe postanowienia SIWZ oraz pozostałych dokumentów przetargowych pozostają bez zmian.

Wiceprezes Zarządu
ds. Ekonomicznych

Beata Teresińska

Wiceprezes Zarządu
ds. Technicznych i Inwestycyjnych

Mateusz Filipowski